



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЙРОСОФТ",
ООО "НЕЙРОСОФТ",

Место нахождения: 153000, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА
ВОРОНИНА, 5, **ИНН:** 3729002450, **ОГРН:** 1033700080721, **Телефон:** +7 4932593344,

Факс: +7 4932240480 доб. 211, **Электронная почта:** info@neurosoft.com, **Сайт:** www.neurosoft.com

В лице Президента Шубина Алексея Борисовича

Заявляет, что Тренажер ходьбы с биологической обратной связью «Стэдис», варианты
исполнения: комплектация «Реабилитация», комплектация «Оценка», комплектация «Оценка/Л»
(состав – см. регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7458 от 07.08.2018 г.)

Документы: технические условия № ТУ 26.60.12-089-13218158-2017 от 13.12.2017 г.

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЙРОСОФТ",
ООО "НЕЙРОСОФТ", **Место нахождения:** 153000, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД
ИВАНОВО, УЛИЦА ВОРОНИНА, 5, **ИНН:** 3729002450, **ОГРН:** 1033700080721,

Код ОКПД 2: 26.60.12.129 **Код ТНВЭД:** 9018 191 000

Объект сертификации Серийный выпуск

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (pp. 3,4), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ Р МЭК
60601-1-2-2014, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-9-2011, ГОСТ
ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ ISO 10993-13-2011, ГОСТ ISO 10993-18-2011,
ГОСТ Р 52770-2016

Декларация о соответствии принята на основании: Протокол: № 156-17, выдан 25.12.2017,
испытательной лабораторией: Испытательная лаборатория "Токсиколог" ООО "Национальный
научный центр токсикологической и биологической безопасности медицинских изделий",
аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21ИМ55, от: 07.09.2015, Протокол: № 18/Э-041/17МТ,
выдан 22.11.2017, испытательной лабораторией: Испытательная лаборатория
электромагнитной совместимости технических средств "ВНИИФТРИ-ТЕСТ" ФГУП
"Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических
измерений", аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21АЯ50, от: 10.11.2015, Протокол: № 18/Б-
046/17МТ, выдан 12.12.2017, испытательной лабораторией: Испытательная лаборатория
безопасности технических средств "ВНИИФТРИ-ТЕСТ" Федерального государственного
унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-
технических и радиотехнических измерений", аттестат аккредитации: RA.RU.21МЛ42, от:
26.06.2015.

Дата принятия декларации 29.08.2018

Декларация о соответствии действительна до 29.08.2028


 **М.П.** Шубин Алексей Борисович

Регистрационный номер декларации о соответствии:

РОСС RU Д-RU.PA01.B.02612/18 от 29.08.2018