

MINISTERIO DE SALUD

GOBIERNO DE COSTA RICA



CERTIFICADO DE REGISTRO DE EQUIPO Y MATERIAL BIOMEDICO

NÚMERO DE REGISTRO: EMB-RU-19-02114

Ministerio de Salud

CERTIFICA:

Que ha sido aprobado el registro del equipo y material biomédico abajo descrito por haber cumplido con los requisitos legales y reglamentos aplicables.

Neuro-MS/D

Responsable Sanitario:	MEDICAL SUPPLIES C.R. SOCIEDAD ANONIMA
Titular del EMB:	Neurosoft Ltd, Rusia
Clasificación del producto:	ELECTRO MEDICINA
Clasificación de riesgo:	CLASE 3
Marca:	Neurosoft
Indicación de uso:	El estimulador está destinado para el impacto de diagnóstico (junto con los sistemas de EMG / EEG digitales) a la corteza motor, sistema nervioso periférico y la médula espinal por pulsos magnéticos en pacientes de diferentes grupos de edad.
Fabricante(s) del EMB:	Neurosoft Ltd, Rusia
Distribuidor(es) del EMB:	MEDICAL SUPPLIES CR S.A. SUMEDICAL, Costa Rica
Autoridad sanitaria:	ILEANA HERRERA GALLEGOS

Fecha de Aprobación:

08/07/2019

Fecha de Vencimiento:

08/07/2024

Este certificado puede ser validado en www.registrelo.go.cr

**ANEXO AL REGISTRO SANITARIO DE EQUIPO Y MATERIAL BIOMEDICO (Aprobado el 08/07/2019)**

Código	Modelo	Descripción	Fecha Aprobación
Neuro-MS/D	Neuro-MS/D	Campo magnético pico en la salida 100%, Duración de la parte de subida del pulso: 80 - 15 μ s 120, Frecuencia máxima en función de la intensidad del pulso: 100% - 0,3 Hz, Trig de salida: TTL / CMOS.	07/08/2019